


HELLO KITTY  
**OXi RiBbON**  
FINGER PULSE OXIMETER



キティちゃんといっしょ。



**HELLO KITTY**  
パルスオキシメータ  
オキシリボン S-109



### ■ カンタンECO設計

指を入れてボタンを押すだけのカンタン測定。  
指を抜けば自動で電源がOFFになるECO設計です。



測定イメージ

### ■ カラー表示の有機ELディスプレイ

視野角が180度近くあり見やすく、  
応答速度も速い抜群の性能です。



### ■ 仕様

製品名/型番	オキシリボン/S-109
クラス分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器
測定方法	2波長吸光度法
ディスプレイ	有機ELディスプレイ
測定範囲	%SpO <sub>2</sub> 70~99% 脈拍数 30~235bpm(拍/分)
測定精度	%SpO <sub>2</sub> 70~99% ±3% 脈拍数 30~99bpm ±2bpm 100~235bpm ±2%
使用環境温度	+5~+40℃ 結露不可
保管環境温度	-20~+55℃ 結露不可
環境湿度	≤80%RH 使用時、結露不可 ≤93%RH 保管時、結露不可

■ 診療報酬点数(平成21年4月1日実施)  
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき): 30点、歯科治療総合医療管理料: 140点

### ■ マルチアングル機能

場面に応じて見る方向が選べる  
マルチアングルディスプレイを搭載しています。



脈波波形(2種)脈拍バーの3モード表示

### ■ 小型&軽量モデル

電池を入れて50gの超軽量モデルです。



電源	単4形アルカリ乾電池 2本
外形寸法	縦58mm x 横32mm x 高さ34mm
重量	約50g(電池を含む)
EMC	IEC60601-1-2に適合
その他	使用者が接触する部分の材質は、ISO10993-1、ISO10993-5、ISO10993-10 に準拠しており、毒性が無く、皮膚に対し影響を及ぼしません。
付属品	取扱説明書(保証書含む)、添付文書、単4形アルカリ乾電池2本
保証期間	1年
医療機器認証番号	224ALBZX00043000
JMDNコード	17148010
JANコード	4582316590377

■ 都合により外觀・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

販売総代理店:



シースター株式会社

〒108-0075  
東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F  
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510  
www.seastar.co.jp

製造販売元:

X-Cardio Japan 株式会社